

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-020
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	CERTIFICADO	FECHA: 30/07/2014

TRD.120.36.08

CERT-064-24

EL ALMACENISTA GENERAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

CERTIFICA:

Que una vez verificado el Plan anual de Adquisiciones para el año 2024 del Hospital San Vicente de Arauca ESE, aprobado mediante Resolución No. 2.0540 del 28 de Diciembre de 2023, modificado mediante la Resolución 2.0077 del 15 de Febrero del 2024, modificado mediante la Resolución 2.0233 del 24 de Abril del 2024, modificado mediante la Resolución 2.0266 del 16 de Mayo del 2024, modificado mediante la Resolución 2.0339 del 19 de Junio del 2024, modificado mediante Resolución 2.0379 del 10 de julio del 2024. Modificado mediante Resolución 2.0410 del 02 de Agosto del 2024. Se certifica que se encuentra incluida la necesidad de llevar a cabo. **LA COMPRA DE UN EQUIPO DE AUTO CLAVE PARA EL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

Realizando Verificación de precios contenidos en el estudio de mercado se certifica su precio promedio con el fin de adquirir estos insumos hasta por un valor **CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 190.000.000.**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CODIGO Y RUBRO DE GASTO:
CODIGO UNSPSC 42281508

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.01.01.003.06.01.03 01	AUTO CLAVE	\$190.000.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR MAXIMO CON IVA INCLUIDO PAA 2024
1	Autoclave de mínimo 300 lts. con programas de esterilización para diferentes aplicaciones y usos controlada por PLC, interfaz HMI de 7" a color, Control Automático por PLC. - Programas de esterilización. - Puerta tipo submarino. - Válvulas de seguridad. - Seguridad por sobrepresión. - Alarma de errores durante el ciclo de esterilización. - Generador de vapor externo (calderín) de acero inoxidable 304 (opcional 316), con resistencias sumergibles. - Sistema de seguridad por sobrecalentamiento, Nivel insuficiente de agua en calderín - Sistema mejorado con chaqueta (pre - cámara), que ofrece un secado eficiente y acondicionamiento constante de temperatura entre ciclos de esterilización. - Ciclo de secado automático con bomba de vacío. - Cámara de acero inoxidable 304 (opcional 316) 3 bandejas de acero inoxidable 304 (opcional 316) - Equipo dotado con una o dos puertas.	UNIDAD	\$ 190.000.000

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-020
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	CERTIFICADO	FECHA: 30/07/2014

TRD.120.36.08

Nota: fuente de información plan anual de adquisiciones 2024 HSVA-E.S.E.

Adicionalmente, la presente certificación es expedida de acuerdo a las cotizaciones presentadas junto al estudio de necesidad proyectado por **SARA LILIANA ANZOLA RODRIGUEZ**, Subdirectora Administrativa por lo que serán considerados como el valor máximo permitido para realizar la prestación del servicio para el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

La presente se expide a solicitud de los interesados en Arauca a los Veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2024.


SORANGELA CALDERON CASTILLO
 Almacenista General

PROYECTO Y DIGITO: SORANGELA CALDERON CASTILLO

COPIA CONTROLADA

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 – 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
 Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia