

Bucaramanga 03 de Septiembre de 2018

Señores,  
**HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**  
Arauca - Arauca

Ref. Observaciones a los **TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PUBLICA NO. 001 DE 2018 – MAYOR CUANTIA**, el cual tiene por objeto “**DOTACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN EL PRIMER PISO DE LA NUEVA TORRE DE LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA**”

Cordial saludo,

De manera atenta nos permitimos presentar observaciones al proceso de la referencia.

1. Para el **GLUCOMETRO**, el cual se encuentra en los ítems 20, 49 y 76, solicitamos a la entidad, rectificar el tamaño mínimo de muestra de 1 ml, teniendo en cuenta que la medida exacta debería ser de 1 ul y no 1 ml como lo indican los pliegos.
2. Para el ítem 66 y el ítem 68 **BASCULAS ADULTOS / PEDIATRICA**, solicitamos a la entidad rectificar las especificaciones técnicas de estos ítems, teniendo en cuenta que en el mismo ítem relacionan especificaciones de dos basculas diferentes, en todo caso cabe resaltar que la Bascula para Adultos con capacidad de 500 LB, también se puede utilizar para pesaje Pediátrico; de igual forma la Bascula para uso pediátrico se encuentra ya relacionada en el ítem 75.
3. En cuanto a la Forma de Pago relacionada, solicitamos a la entidad evaluar la posibilidad de realizar un anticipo del 50% del presupuesto oficial, teniendo en cuenta la magnitud del proceso y el respectivo trámite de compra para poder cumplir a cabalidad con el objeto de la presente Convocatoria.
4. En cuanto a los Indicadores de la **CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**, solicitamos a la entidad aclarar cuales serían los Valores a tener en cuenta, ya que en el Cuadro que se encuentra en la Pag. 57 hay unos valores y en la Pag. 58 relacionan otros valores diferentes.

---

Carrera 21 No 24-24 Telefax: 6343729 – 6344286 – 6343298 CEL. 3156129804-3102762413  
Bucaramanga – Colombia Email: [reprefarcos@hotmail.com](mailto:reprefarcos@hotmail.com)

5. Por otro lado, solicitamos a la entidad relacionar cuales son los Descuentos en cuanto a IMPUESTOS que realiza la entidad, con el fin de poder tenerlos en cuenta al momento de la presentación de la oferta.
6. En cuanto al Anexo de **MODELO DE CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS**, agradecemos a la entidad confirmar si se debe o no presentar dicho Anexo ya que según el objeto de la presente convocatoria este Anexo no aplicaría.
7. Para el **ELECTROCARDIOGRAFO** de los Ítems 8, 14, 50 y 77, solicitamos a la entidad se permita la opción de ofertar el equipo con **MALETA PARA TRANSPORTE O FORRO DE PROTECCION**, teniendo en cuenta que este equipo se utiliza más estacionariamente que movilizándolo de un lugar a otro.
8. Igualmente, para este ítem **ELECTROCARDIOGRAFO**, solicitamos a la entidad se permita se **INLUYAN ACCESORIOS NEONATALES O PEDIATRICOS**, teniendo en cuenta que Los Pediátricos se utilizan mas que los Adultos y normalmente algunos Pediátricos los utilizan para los Neonatales.

Cordialmente,



**CIRO EMILIO MORENO BAYONA**  
Representante legal  
**REPREFARCOS**

